

论证会签到表

项目名称： 洛阳市妇幼保健院彩超探头采购项目

单位名称	姓名	性别	职务/职称	学历	专业	联系电话
洛阳市中心医院	吕军	男	工程师	本科	医电	13703496977
洛阳职业技术学院	吕剑敏	男	讲师	本科	技术	13700812768
洛阳市疾控中心	王宁川	男	副高	本科	技术	13592090026

2022年5月26日

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	吕卓	职 称	工程师
工作单位	洛阳中心医院		
采购单位名称	洛阳市妇幼保健院		
采购项目名称	洛阳市妇幼保健院彩超探头采购项目		
供应商名称	河南煜州医疗设备有限公司		
专家 论 证 意 见	<p>洛阳妇幼保健院,现使用西门子彩色超声仪,原超声探头已使用多年,因出现故障无法使用,依据政府采购法相关规定,为了保证跟原系统和主机的一致性,兼容匹配,需要继续采购,从性价比更高处采购,与原样西门子探头一把。</p>		
	专家签名: 吕卓		2022年5月26日

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	吕剑敏	职 称	高 讲
工作单位	洛阳职业技术学院		
采购单位名称	洛阳市妇幼保健院		
采购项目名称	洛阳市妇幼保健院彩超探头采购项目		
供应商名称	河南煜州医疗设备有限公司		
专 家 论 证 意 见	<p>洛阳市妇幼保健院现用的西门子Ev94 (KF-LM150XA) 探头衰减严重, 已满足不了诊断的需要。为保证能和原机配套使用, 只能采用单一来源的采购方式采购与该机型相匹配的探头。</p> <p>符合政府采购法第三十一条之规定。</p> <p>河南煜州医疗设备有限公司是该项目的唯一授权单位。故建议采购方式单一来源; 供货商河南煜州医疗设备有限公司。</p>		
	专家签名: 吕剑敏		2022年5月26日

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	王宇川	职 称	副主任医师
工作单位	洛阳市疾控中心		
采购单位名称	洛阳市妇幼保健院		
采购项目名称	洛阳市妇幼保健院彩超探头采购项目		
供应商名称	河南煜州医疗设备有限公司		
专家 论 证 意 见	<p style="text-align: center;">经对西门子公司EV9-4彩超探头进行 授权环节严格审核河南煜州医 疗设备有限公司为该产品的唯一供货 商，具备唯一性条款。 故由唯一合格供应商提供供货 服务。</p>		
	专家签名：王宇川	2022年5月26日	

洛阳市妇幼保健院彩超探头采购项目

论 证 报 告

2022年5月26日

吕昆

洛阳市妇幼保健院彩超探头采购项目 论证报告

一、基本情况：

- (一) 项目名称：洛阳市妇幼保健院彩超探头采购项目
- (二) 招 标 人：洛阳市妇幼保健院
- (三) 招标代理机构：洛阳市德正工程管理有限公司
- (五) 预算金额：单价约 85000 元/把，共计约 85000 元。

二、论证时间：2022 年 5 月 26 日

三、论证专家名单：吕剑敏、吕军、王宇川

四、原因阐述：

为了保证患者治疗需求，购置的西门子 EV9-4 (KT-LM150XA) 探头需连接到原系统和主机才能使用。为了使所购置的西门子 EV9-4 (KT-LM150XA) 探头跟原系统和主机兼容和匹配。其在河南煜州医疗设备有限公司是本项目唯一授权单位，根据政府采购法第三十一条的规定，本项目采用单一来源采购方式采购。

五、论证结果：详见各专家意见表。

六、论证报告签字

专家组签字：

吕剑敏 吕军 王宇川

2022 年 5 月 26 日